



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Россия, 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1. (846) 260-38-25, факс 2603799
(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 63.СЦ.06.000.М.000201.03.14 ОТ 03 марта 2014 г.

1. Организация:

ООО «Практик-Самара»

2. Подразделение организации (объект), получающее санитарно-эпидемиологическое заключение:
443110, Самарская область, г. Самара, пр. Ленина, 16

4. Разрешаются работы с ИИИ:

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
<p>1.Рентгеновский дентальный аппарат с цифровой обработкой изображения Heliodent Plus зав. №17282, 2013г.в. Максимальное анодное напряжение 70кВ, максимальный анодный ток - 7мА.</p> <p>2. Панорамный рентгеновский стоматологический аппарат с цефалометрической системой Orthophos XG 5 Serph зав. №90442, 2013г.в. Максимальное анодное напряжение 90кВ, максимальный анодный ток 16мА.</p>	<p>Рентгенодиагностика</p> 	<p>443110, Самарская область, г. Самара, пр. Ленина, 16.</p>	<p>1.Инструкция по РБ, ИЭ и ТО. 2.Проведение индивидуальной дозиметрии персонала. 3.Применение индивидуальных и коллективных средств защиты. 4.Контроль эффективных доз облучения пациентов МУ 2.6.1.2944-11.</p>

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

